ACCU-CHEK® FlexLink

Accu-Chek® FlexLink Εκπαιδευτικό διάγραμμα

Το σετ έγχυσης Accu-Chek FlexLink προορίζεται για υποδόρια έγχυση ινσουλίνης.



A Προστατευτικό κάλυμμα
B Βελόνα εισαγωγής
C Εύκαμπτος καθετήρας
D υτοκόλλητο Επίθεμα
E Αυτοκόλλητο
F Περίβλημα καθετήρα
G Σύνδεσμος
H Σύνδεσμος τύπου luer-lock
I Κάλυμμα αποσύνδεσης
J Μπλε καπάκι στήριξης

Πριν ανοίξετε την συσκευασία του σετ έγχυσης, πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά. Επιλέξτε και απολυμάνετε το σημείο έγχυσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού ή της ομάδας φροντίδας της υγείας σας.



Περιστρέψτε και τραβήξτε για να αφαιρέσετε το διαφανές προστατευτικό κάλυμμα.



Αφαιρέστε και τα δύο μέρη του αυτοκόλλητου επιθέματος από το αυτοκόλλητο

Εισάγετε το σετ έγχυσης υπό γωνία 90ο. Επιλέξτε ένα σημείο έγχυσης μακριά από τη μέση, τα κόκκαλα, από ουλώδη ιστό, από τον αφαλό και από σημεία έγχυσης που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.



Πιέστε το αυτοκόλλητο επίθεμα γερά πάνω στο σημείο έγχυσης και βεβαιωθείτε ότι εφάπτεται καλά με το δέρμα.



Κρατήστε το αυτοκόλλητο στη θέση του, πιέστε απαλά τους πλευρικούς συνδετήρες στο μπλέ καπάκι στήριξης και τραβήξτε το από το περίβλημα του καθετήρα.



Για να αφαιρέσετε τη βελόνα εισαγωγής κρατήστε το περίβλημα του καθετήρα σταθερά στο σώμα σας. Χρησιμοποιείστε τη λαβή για να τραβήξετε τη βελόνα εισαγωγής υπό ορθή γωνία.



Συνδέστε το σύνδεσμο τύπου luer-lock στον προσαρμογέα και κάντε πλήρωση (γεμίστε) το σετ μεταφοράς μέχρι να στάξει φάρμακο στο άκρο της βελόνας. Πριν συνεχίσετε τη θεραπεία με την αντλία ινσουλίνης, χρησιμοποιήστε μία δόση bolus ινσουλίνης 1,0 U για να γεμίσετε το σετ κεφαλής και τον εύκαμπτο καθετήρα.

Καθετήρας	Μήκος:	6 mm	8 mm	10 mm	
	Όγκος πλήρωσης:	1,0 U*	1,0 U*	1,0 U*	
Σωλήνας	Μήκος:	30 cm 12 "	60 cm 24 "	80 cm 31 "	110 cm 43 "
	Όγκος πλήρωσης:	6 U*	11 U*	14 U*	18 U*

Ινσουλίνη *U 100

Για αναλυτικές οδηγίες και σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν αυτό το προϊόν.

Experience what's possible.

Τα εμπορικά σήματα ACCU-CHEK και ACCU-CHEK FLEXLINK ανήκουν στη Roche.
© 2012 Roche Diagnostics

www.accu-chek.gr
Roche Diagnostics (Hellas) A.E.
Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Accu-Chek: 210 2703700
Δωρεάν γραμμή υποστήριξης (από σταθερό): 800 11 71000

Roche

ACCU-CHEK®

00048800080 G